



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

En la ciudad de México, D.F. siendo las Doce horas, del 11 de Enero de 2011, en la Aula Magna, ubicada en: el edificio de Enseñanza del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional no. 5160 Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero. México, D.F., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la **Segunda junta de aclaraciones** a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (en adelante, la ley), así como del (los) Sección V de la convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. Alberto de la Mora Guadalajara, servidor público designado por la convocante **HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO** quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a la primera junta de de aclaraciones, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el(los) representante(s) del Área Usuaria: Dirección Medica, (los) cual(es) solventó (aron) las preguntas de carácter técnico y el(los) representante(s) del Área Contratante de Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, el(los) cual(es) solventó (aron) las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	BOSTON SCIENTIFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	2
2	PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	4	4
3	LABORATORIOS PISA, S.A DE C.V	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	24	30
4	SUMINISTROS MÉDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	5	2
5	DEGASA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	2	1



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>	
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>	

6	SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	1
7	BSN MEDICAL, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	2	2
8	MACA IMPULSORA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	2	1
9	PRONAMAC, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	20	5
10	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	1	1
11	MEDI-MEDICAL, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	5	1
12	JTC PROVEEDOR MEDICO, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	1
13	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	1

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

**1.- Página 40 (Y considerando el último cambio descrito en la 1ª Junta de aclaraciones)**

DICE:

<b>MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS</b>	<p><b>APLICA ( X )</b> La entrega de las muestras se deberá hacer hasta el día 14 de Enero de 2011 en horario de 09:00 a 14:00 hrs. en el almacén General del Hospital, y será una por cada partida ofertada. Conjuntamente con el formato del <b>anexo. I</b> de estas bases. El cual servirá como recibo de muestras, y se deberá anexar, este documento a la propuesta técnica y el no presentarla será motivo de desechamiento de propuestas.</p> <p>Se verificará que lo contenido en la propuesta técnica corresponda a la muestra presentada. En el caso de que las muestras físicas no contengan la descripción en el idioma español, será necesario anexar la traducción correspondiente.</p> <p>No habrá devolución de muestras, ya que el área médica les realizará pruebas para verificar la calidad de los bienes ofertados.</p> <p>NO APLICA ( )</p>
--	--

DEBE DE DECIR:

<b>MUESTRAS FÍSICAS</b>	<p><b>APLICA ( X )</b> La entrega de muestras se realizará hasta el 14 de Enero de 2011 en un horario de 9:00 a 14:00 horas en el Almacén General del HOSPITAL y será <b>OBLIGATORIA</b> por cada partida ofertada <b>O POR FAMILIA</b>, con su respectivo recibo de muestras Anexo I. La omisión de cualquiera de estos documentos será motivo de desechamiento de su propuesta.</p> <p>Se verificará que el contenido de la Propuesta técnica y Económica corresponda a las muestras entregadas. En caso de que las muestras físicas no contengan la descripción en idioma español será necesario anexar la traducción correspondiente.</p> <p>No habrá devolución de muestras ya que el área médica les realizará pruebas del material con que se elaboran, resistencia, entre otros para verificar la calidad de los BIENES presentados.</p> <p>NO APLICA ( )</p>
-------------------------	---



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL**

**No. 12121001-014-10**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS  
INTERNACIONAL, 2011”**

**2.- Página 44 Sección VI**

- ✓ **Documento 7, segundo párrafo**

DICE:

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas anotando la descripción completa y de conformidad a lo solicitado en la Sección VI de la CONVOCATORIA.

DEBE DE DECIR:

Este documento deberá ser presentado por cada una de las partidas ofertadas anotando la descripción completa y de conformidad a lo solicitado en la Sección IX de la CONVOCATORIA.

- ✓ **Documento 8, título y tercer párrafo**

DICE:

Documento 8.- (Obligatorio).- CUMPLIMIENTO DE NORMAS.....

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre en papel membretado del LICITANTE, identificando el número y nombre de la licitación.

DEBE DE DECIR:

Documento 8.- (Obligatorio).- **“MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS”**

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del LICITANTE, identificando el número y el nombre de la LICITACIÓN PÚBLICA **y se identificará como Anexo 9.**

- ✓ **Documento 9, primer párrafo**

DICE:

Documento 9.- (Obligatorio) “CARTA GARANTÍA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS”, documento en papel membretado firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de **Anexo D** de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL**

**No. 12121001-014-10**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS  
INTERNACIONAL, 2011”**

DEBE DE DECIR:

Documento 9.- (Obligatorio) **MANIFIESTO DE QUE SE PRESENTARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA** “CARTA GARANTÍA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS”, documento en papel membretado firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de **Anexo C** de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

**3.- Página 45**

DICE:

Documento 11.- (Obligatorio) Copia legible y vigente del CERTIFICADO DE ORIGEN O REGISTRO SANITARIO en anverso y reverso expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de cada una de las partidas que coticen, deberá contener la clave solicitada en la Sección VI de esta convocatoria.....

DEBE DE DECIR:

Documento 11.- (Obligatorio) Copia legible y vigente del CERTIFICADO DE ORIGEN O REGISTRO SANITARIO en anverso y reverso expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de cada una de las partidas **O FAMILIA DE PARTIDAS** que coticen, deberá contener la clave solicitada en la Sección **IX** de esta convocatoria.....

**4.- Página 66, Título del Anexo D**

DICE:

ANEXO D CARTA COMPROMISO DE CANJE

DEBE DE DECIR:

ANEXO D **(OBLIGATORIO) MANIFIESTO** “CARTA COMPROMISO DE CANJE”

**5.- Página 73, Anexo I Recibo de Muestras**

Se omite a este formato la leyenda “POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES”



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011"</b>

**6.- Se agregan las siguientes partidas que se contemplaron en la Licitación Pública No. 12121001-013-10, por no ser de producción nacional:**

PARTIDA	CLAVE FUERA DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO	
78	25051003	SET DE APLICACION PARA BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL PARA BOMBA APPLIX. ENVASE BOLSA CON 1000 ML.	BOLSA	1	BOLSA	360	144
79	2505396	GUANTE DE LATEX ESTERIL ORTOPEDICO NO. 7 CAJA CON 40 PARES	CAJA	40	PAR	120	48
80	2505615	VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL (NEONATAL)	PIEZA	1	PIEZA	24	10
81	2505628	CINTA TRANSPORTE DE 2.5 CMS. CAJA CON 12 ROLLOS	CAJA	12	ROLLO	60	24
82	2505397	GUANTE DE LATEX ESTERIL ORTOPEDICO O N. 7 1/2 CAJA CON 40 PARES	CAJA	40	PAR	180	72
83	2505398	GUANTES DE LATEX ESTERIL ORTOPEDICO NUMERO 8 CAJA CON 40 PARES	CAJA	40	PAR	60	24
84	2505611	GUANTES DE LATEX 6 1/2 ORTOPÉDICO	CAJA	40	PAR	60	24
85	2505641	BOLSA BALON REUSABLE RESPIRATORIO DE 0.5 LITROS.	PIEZA	1	PIEZA	24	10
86	2505642	BOLSA BALON REUSABLE RESPIRATORIO 1 1/2 LITRO.	PIEZA	1	PIEZA	24	10
87	2505781	EQUIPO PARA TRANSFUSION PEDIATRICO CON BURETA HEMOTEC 0/100 CODIGO 4000477	PIEZA	1	PIEZA	120	48
88	2505880	SOLUCION ANTISEPTICA BASE ALCOHOL ETILICO AL 70 % PARA LAVADO DE MANOS MEDICO, CON EMOLIENTES.	ENVASE	1	ENVASE	720	288
89	25051084	SOLUCION ANTIMICROBIANA "ESPUMA" CON CLO RHEXIDINA AL 4 % ENVASE FRASCO CON 946 M L.	FRASCO	1	FRASCO	6,000	2,400
90	25051111	KIT DE PREPARACION PARA FIJACION DE CATER PERIFERICO "IV START PAK"	PIEZA	1	PIEZA	12,000	4,800
91	25051108	TOALLITAS IMPREGNADAS DE ALCOHOL ISOPROPILOICO AL 70% USO EXTERNO	CAJA	100	CAJA	6,000	2,400



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

PARTIDA	CLAVE FUERA DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
92	2505775	SISTEMA DE SUCCION CERRADO P/PACIENTES CON TRUBO ENDOTRAQUEAL P/TRAQUEOSTOMIA CONECTADO A VENTILADOR 16 FR.	PIEZA	1	PIEZA	600 240
93	2505852	VALVULA AHMED MODELO S-2 PARA ADULTO	CAJA	1	CAJA	72 29
94	2505876	APOSITO ANTIMICROBIANO DE 2.5 CM. DISCO DE 7.0 MM. ORIFICIO INTERNO CAJA C/10 PZ	CAJA	10	PIEZA	1,200 480
95	2505881	APOSITO ANTIMICROBIANO DE 2.5 CM EN DISCO DE 4.0 MM DE ORIFICIO INTERNO A BASE DE GLUCONATO DE CLOROHÉXIDINE CAJA CON 10	PIEZA	10	PIEZA	2,400 960
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
96	601670920	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO.	PIEZA	1	PIEZA	120 48
97	601250491	BOLSA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE TRANSPARENTE CON 4 PUERTOS CAPACIDAD 1.500 ML.	PIEZA	1	PIEZA	2,400 960
98	603452301	EQUIPO PARA HEMODIALISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA YUGULAR O FEMORAL CON DOBLE LUMEN (BILUMEN) TIPO MAHURKAR ADULTO UNIDAD EQUIPO	EQUIPO	1	PIEZA	1,440 576
99	603453135	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL CAL. 14 FR.	PIEZA	1	PIEZA	1,800 720
100	603453143	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL CAL. 16 FR.	PIEZA	1	PIEZA	1,800 720
101	601676638	CATETER UMBILICAL DE 3.5 FR.	PIEZA	1	PIEZA	240 96
102	601689870	SONDA PARA ESÓFAGO SENGSTAKEN CAL. 18	PIEZA	1	PIEZA	120 48
103	604220301	DIALIZADOR PARA HEMODIALISIS DE FIBRA CAPILAR	PIEZA	1	PIEZA	144 58
104	604360107	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 10 X 10 CM. SIMPLE, PAQUETE CON 200 PIEZAS.	PAQUETE	1	PAQUETE	24,000 9,600
105	604090035	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DESECHABLE	PIEZA	1	PIEZA	1,440 576



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**7.- Se adicionan las siguientes partidas:**

PARTIDA	CLAVE FUERA DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN		MÁXIMO	MÍNIMO
106	2505707	MASCARILLA PARA RESUCITADOR N. 5 ADULTO	PIEZA	1	PIEZA	72	29
107	2505928	CATETER PERMACATH DOBLE LUMEN 100% SILIC ON. 28 CM. MOD HICKMAN PARA HEMODIALISIS PEDIATRICO.	PIEZA	1	PIEZA	65	26
108	25051023	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ALAS PEQUEÑAS FLEXIBLES CON 2 CM. DE EXTENSION Y PINZA OBTURADORA (AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE) CALIBRE 20*19.	PIEZA	1	PIEZA	850	340
109	25051024	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ALAS PEQUEÑAS FLEXIBLES CON 2 CM. DE EXTENSION Y PINZA OBTURADORA (AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE) CALIBRE 22*19.	PIEZA	1	PIEZA	422	169
110	25051025	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE A LAS PEQUEÑAS FLEXIBLES CON 2 CM. DE EXTENSION Y PINZA OBTURADORA (AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE) CALIBRE 19*25.	PIEZA	1	PIEZA	2,400	960
111	25051071	SOLUCION CLOROXIDANTE CON 2.8 DE CLORO A CTIVO PARA DESINFECCION DE AREAS QUIRURGICAS. ENVASE CON 5 LITROS	ENVASE	1	ENVASE	192	77
112	25051196	PUNTAS NASALES DE CLORURO DE POLIVINILO, PEDIATRICO.	PIEZA	1	PIEZA	720	288
113	25051226	MALLA MULTICAPA SEPARADORA DE TEJIDOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD FORMA OVAL DE 20 X 25 CM. (VER DESCRIPCION AMPLIA)	PIEZA	1	PIEZA	72	29
114	25051273	ANTICEPTICO SOLUCION CON GLUCONATO DE CL ORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EN CARTUCHO CON 0.67 ML.	PIEZA	1	PIEZA	5,040	2,016
115	25051274	ANTICEPTICO EN APLICADOR CON GLUCONATO D E CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON 1.5 ML.	PIEZA	1	PIEZA	1,440	576
116	25051275	ANTICEPTICO EN APLICADOR CON GLUCONATO D E CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON 3 ML.	PIEZA	1	PIEZA	5,040	2,016
117	25051328	MALLA PLANA DE BAJA DENSIDAD ESTERIL DE POLIPROPILENO Y UNA ESTRUCTURA DE TEJIDO DE PORO GRANDE DE 7.5 X 15 CM	PIEZA	1	PIEZA	36	14
118	25051329	MALLA PLANA DE BAJA DENSIDAD ESTERIL DE POLIPROPILENO Y UNA ESTRUCTURA DE TEJIDO DE PORO GRANDE DE 15 X 15 CM.	PIEZA	1	PIEZA	92	37



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
119	25051346	CIRCUITO REHUSABLE PARA VENTILACION MECA NICA PEDIATRICA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE	PIEZA	1 PIEZA	54	22
120	25051347	CIRCUITO REHUSABLE PARA VENTILACION MECA NICA ADULTO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE	PIEZA	1 PIEZA	54	22
121	25051367	EQUIPO PARA HEMODIALISIS CON CATETER DE SILICON TEMPORAL PARA ALTOS FLUJOS CAL. 13.5 FR. LONGITUD 20 CM.	PIEZA	1 PIEZA	100	40
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
122	601678188	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRAMO MEDICO, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALON Y CONECTOR OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL. CALIBRE 7.5 ID.	PIEZA	1 PIEZA	96	38

**8.- Se eliminan las siguientes partidas por haber de producción nacional:**

PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
34	601650815	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE 1 LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA, NEONATAL. CALIBRE 2.0 A 3.0 FR.	PIEZA	1 PIEZA	240	96
36	601661903	CATETER SUBCLAVIO VENOSO PEDIATRICO NUMERO 4 FR. 13 CM. DOBLE LUMEN CON SET DE INSTALACION QUE CONTIENE AGUJA GUIA	PIEZA	1 PIEZA	480	192
37	601661911	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5FR. X 13 CM. DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON PUNTA FLEXIBLE RADIOOPACO ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	1 PIEZA	480	192
38	601662141	CATETER P/DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUTANEA BLANDO DE SILICON C/2 CO JINETES DE POLIETSER C/CONECTOR, TAPON Y SEGURO C/BANDA RADIOOPACA. COLA DE COCHIN	PIEZA	1 PIEZA	60	24
71	605980036	LLAVE DE 3 VIAS C/TUBO DE EXTENSION. DE PLASTICO RIGIDO O EQUIVALENTE DE POLIVINILO DE 80 CM. DE LONG.	PIEZA	1 PIEZA	54,000	21,600
72	605980226	LLAVE DE 4 VIAS S/EXTENSION	PIEZA	1 PIEZA	48,000	19,200



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

De acuerdo con lo anterior, la numeración de las partidas no se altera.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique), como se indica a continuación:

**1.- LA EMPRESA BOSTON SCIENTIFIC DE MÉXICO S.A. DE C.V. REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>PREGUNTA 1. PUNTO DE LAS BASES. SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES</p> <p>DOCUMENTO 12. CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE. Solicitamos a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento a la carta de respaldo del fabricante, en el caso de ser filial del fabricante, es factible presentar copia simple de la Carta Apostillada emitida por el mismo en donde se indica que somos Distribuidor Autorizado y Exclusivo de los productos de la marca Boston Scientific en México.</p> <p>PREGUNTA 2. PUNTO DE LAS BASES. SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES</p> <p>DOCUMENTO 11. Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos confirme que es factible presentar Registro Sanitario por Familia de Productos.</p> <p>PREGUNTA 3. PROPUESTA TÉCNICA. DOCUMENTO 8 CUMPLIMIENTO DE NORMAS. Por favor confirmar que en el caso de que mi representada no oferte fármacos ni medicamentos, no será necesario presentar documento que acredite el cumplimiento de las siguientes Normas, en virtud de que no le son aplicables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>NOM-164-SSA1-1998</b></li> <li>▪ <b>NOM-072-SSA1-1993</b></li> <li>▪ <b>NOM-073-SSA1-2005</b></li> <li>▪ <b>NOM-177-SSA1-1998</b></li> <li>▪ <b>NOM-176-SSA1-1998</b></li> <li>▪ <b>NOM-059-SSA1-1993</b></li> </ul>	<p>SI SE ACEPTA.</p> <p>Aclaración hecha por la convocante</p> <p>EN CASO DE QUE NO OFERTE FÁRMACOS NI MEDICAMENTOS, SE ACEPTA NO PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE SON APLICABLES, SIN EMBARGO DEBERÁ DE PRESENTAR EL ESCRITO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE APLIQUE PARA LA OFERTA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**2.- LA EMPRESA PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V. REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
En compranet aparece como numero de licitación 12121001-014-10, en las bases aparece 12121001-015-10, ¿cual es el correcto?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Partida 25 cartucho de gas de oxido de etileno al 100% (steri gas) unidad piezas ¿lo requieren de 100 gr o 170 gr?.	DE LOS DOS TIPOS DE ESTERILIZADOR SE REQUIERE DE LA MARCA 3M. YA QUE EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL DAÑO A LOS EQUIPOS SI SE UTILIZA DE OTRA MARCA.

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Partida 26 aposito microporoso desechable de 8.5 x 6cm autoadherible trans. Esterilizable ¿conforme el cuadro básico es afirmativo que podemos cotizar aposito de 6 x 7 cm?.	SI, SE ACEPTA SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA.

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Partida 27 aposito transp. Microporoso esteril 14x10 autoadherible desechable ¿conforme el cuadro básico es afirmativo que podemos cotizar aposito de 10 x 12 cm?.	SI, SE ACEPTA SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN CONVOCATORIA.

**3.- LA EMPRESA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. REALIZO LA SIGUIENTES PREGUNTAS.-**

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA</b> <b>C) NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b> Solicitamos de la manera más atenta nos proporcione el Número correcto de la convocatoria, ya que en la convocatoria publicada en	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

compranet dice: <b>12121001-014-10</b> y al momento de descargar el archivo la convocatoria aparece con el número <b>12121001-015-10</b> .	
--	--

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<p><b>SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO</b>  <b>INCISO h) “Acto de presentación y apertura de proposiciones”</b>  <b>ULTIMO PÁRRAFO</b>            Dice: Previo al inicio del Acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas <b>NO</b> habrá revisión preliminar. Sin embargo en la <b>SECCIÓN V PROPOSICIONES POR ESCRITO SEGUNDO PÁRRAFO</b>, menciona que la convocante podrá realizar revisión preliminar.            Favor de aclarar y ratificar si habrá o no revisión preliminar.</p>	<p>EL HOSPITAL SI PODRÁ REALIZAR LAS REVISIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CUALQUIER FASE DEL PROCESO LICITATORIO. ASIMISMO, LA SECCION III SE REFIERE ESPECIFICAMENTE A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y LA SECCIÓN V SE REFIERE A LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, QUE EN SU CASO, SE LLEGASE A PRESENTAR.</p>

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<p><b>SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO</b>  <b>INCISO h) “Acto de presentación y apertura de proposiciones”</b>            Se solicita amablemente a la convocante anexar copia de la propuesta económica de cada licitante en el acta respectiva de acuerdo a lo estipulado en la última reforma de la LAASSP publicada en el DOF 28-05-2009 y Reglamento en el artículo 47 párrafo noveno que a letra dice:            “Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas.”            En caso contrario solicitamos de la manera mas atenta se lean los precios unitarios por partida y por clave.</p>	<p>SE ANEXARA COPIA DE LA PROPUESTAS ECONÓMICAS DERIVADO DEL VOLUMEN DE LAS PROPUESTAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCIÓN VI, DOCUMENTO 9</b> , solicitan Carta Garantía contra defectos de Fabricación y Vicios Ocultos según Modelo de <b>Anexo D</b> y debe decir <b>Anexo C</b> .	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCIÓN VI, DOCUMENTO 11</b> ¿Es correcto entender que en caso de que el Registro Sanitario cuente con modificaciones, será suficiente con presentar la última modificación?	SI SE ACEPTA

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCIÓN VI, DOCUMENTO 11</b> ¿Es correcto entender que para los Registros Sanitarios que se encuentren en trámite de renovación se deberá adjuntar copia del Acuse de “Trámite de Prórroga” expedido por la Cofepris?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCIÓN VI, DOCUMENTO 11</b> En el segundo párrafo dice: Este (os) documentos (s) deberá (n) estar perfectamente referenciado(s) con el número de partida y clave de cuadro básico que se cotice. <b>(formato libre)</b> ¿A que se refieren con formato libre?	SE REFIERE A QUE NO HAY UN FORMATO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE Y DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN O REGISTRO SANITARIO CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCIÓN VI, DOCUMENTO 12</b> En caso de que mi representada sea el Titular del Registro Sanitario y contemos con la Exclusividad de Distribución por parte del Fabricante, solicitamos de la manera más atenta nos permitan presentar copia del Poder de Distribución notariado y/o apostillado.	SI , SE ACEPTA



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCION VI, DOCUMENTO 12 Y DOCUMENTO 13</b> En caso de que nuestros productos sean <b>MAQUILADOS</b> , ¿Se deberá presentar este escrito en Hoja membretada del Licitante?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>SECCION VI, DOCUMENTO 13</b> En caso de ser <b>DISTRIBUIDORES</b> , ¿Es correcto entender que la <b>NO</b> presentación de este documento <b>NO</b> será motivo de descalificación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 1 “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”</b> En el punto donde solicitan escrito de facultades suficientes para comprometerse, hace referencia al <b>ANEXO 3</b> , pero dicho anexo no corresponde al escrito solicitado por lo que solicitamos se elimine.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 3 “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PUBLICA”</b> ¿Es correcto entender que se deberá adecuar en el primer párrafo del Anexo la palabra del texto que dice: <b><u>ASI COMO QUE EXPRESEN SU INTERES EN PARTICIPAR ... por ASI MISMO MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES EN PARTICIPAR ... ?</u></b>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA</b> En la columna de “DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA” Y “DESCRIPCIÓN ESPECIFICA” ¿Es correcto anotar justa, exacta y cabalmente lo solicitado en la <b>SECCIÓN IX ANEXO TÉCNICO</b> de la presente convocatoria?	DEBERÁ ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO QUE OFERTA PARA CADA PARTIDA, CON EL PROPÓSITO DE QUE DICHA DESCRIPCIÓN CORRESPONDA EXACTA Y CABALMENTE CON LAS



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

	MUESTRAS FÍSICAS Y LOS CATÁLOGOS QUE SE PRESENTEN.
--	--

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA</b> En la columna de “UNIDAD DE MEDIDA” ¿Es correcto anotar justa, exacta y cabalmente lo solicitado en la columna de “UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN” de la SECCIÓN IX ANEXO TÉCNICO de la presente convocatoria?	DEBERÁ ANOTAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO QUE OFERTA PARA CADA PARTIDA.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES</b> En la columna de “MARCA DEL PRODUCTO” ¿Es correcto entender que se deberá anotar el “NOMBRE COMERCIAL” que aparece en el Registro Sanitario?	SI ES CORRECTO

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES</b> En el espacio “PLAZO DE ENTREGA” ¿Es correcto entender que se deberá anotar el “SEGÚN BASES” o en su caso favor de indicarnos que se deberá anotar?	SI ES CORRECTO AUNQUE ES CONVENIENTE ESPECIFICAR EL PLAZO AL QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES</b> En el espacio “PERIODO DE GARANTÍA” ¿Es correcto entender que se deberá anotar “MÍNIMO 12 MESES”?	DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL APARTADO 11.2 “DE LOS BIENES”, DE LA SECCIÓN III DE LA CONVOCATORIA.

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES</b> En el espacio “GARANTÍA CADUCIDAD” ¿Es correcto entender que se deberá anotar “18 MESES”?	DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL APARTADO 11.2 “DE LOS BIENES”, DE LA SECCIÓN III DE LA CONVOCATORIA.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES</b> En la columna y apartado de “ <b>FABRICADO POR</b> ” ¿Es correcto entender que se deberá anotar el nombre del “ <b>TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO</b> ”?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>ANEXO D CARTA COMPROMISO CANJE</b> Favor de aclarar si el <b>ANEXO D</b> ¿se deberá integrar a la Propuesta Técnica o sólo lo presentarán los Licitantes adjudicados?	ÚNICAMENTE SE ENTREGARA UN DOCUMENTO FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO DONDE SE COMPROMETE A ENTREGAR EL ANEXO D DE LA CONVOCATORIA EN CASO DE SER ADJUDICADO, COMO LO ESTABLECE EL DOCUMENTO 9 QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN VI

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<b>Partida 18</b>  1) Solicitamos a la convocante nos confirme si la descripción completa de esta partida es LIMPIADOR MULTI-ENZIMÁTICO Y BACTERIOSTÁTICO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, PH NEUTRO, CON ALCOHOL ISOPROPILICO, BACTERIOSTÁTICO, DETERGENTE CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA Y SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES.	NO SE ACEPTA.
2) Con el fin de que el producto cumpla cabalmente con la descripción, solicitamos a la convocantes nos confirme si es necesario que la etiqueta del producto especifique la leyenda de acción proteolítica avanzada.	NO ES NECESARIO
3) Con el fin de que un detergente contenga todas las enzimas necesarias para el removido completo de la materia orgánica, solicitamos a la convocante especifique si la palabra “multi- enzimatico” en la descripción se refiere a un detergente que contenga acción proteolítica avanzada y también las enzimas amilasas, lipasas y carbohidrasa?	ES CORRECTO
4) Basado en que los detergentes enzimáticos son productos que requieren diluirse y tienen diferentes concentraciones dependiendo de su calidad y volumen enzimático, solicitamos a la convocante confirme si la unidad de medida es galón con 333 diluciones?	El licitante podrá ofertar en un rango de 5 a 10 litros.





**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<p><b>Partida 23</b></p> <p>1) Basado en que los detergentes enzimáticos son productos que requieren diluirse y tienen diferentes concentraciones dependiendo de su calidad y volumen enzimático, solicitamos a la convocante confirme si la unidad de medida es galón con 333 diluciones?</p> <p>2) Con el fin de que un detergente contenga todas las enzimas necesarias para el removido completo de la materia orgánica, solicitamos a la convocante especifique si la palabra “polienzimático” en la descripción se refiere a un detergente que contenga acción preteolítica avanzada y también las enzimas amilasas, lipasas y carbohidrasa?</p> <p>3) Solicitamos a la convocante nos confirme si es necesario que la etiqueta del producto especifique que el producto debe contener la leyenda de acción proteolítica avanzada para cumplir con lo solicitado en la pregunta anterior.</p> <p>4) Basado en que estos productos deben de ser detergentes biodegradable para no dañar los sistemas de drenaje del hospital y principalmente no contaminar el medio ambiente, solicitamos a la convocante especifique si es necesario presentar un certificado de Biodegradable emitido por un laboratorio que este autorizado por la SSA para emitir este tipo de estudios, esto con la finalidad de garantizar que los detergentes cumplan cabalmente con esta especificación tan importante.</p>	<p>EL LICITANTE PODRA OFERTAR EN UN RANGO DE 5 A 10 LITROS.</p> <p>ES CORRECTO.</p> <p>CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA ES SUFICIENTE.</p> <p>SE ACEPTA.</p>

**4.- LA EMPRESA SUMINISTROS MÉDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

**b).- De carácter técnico**

Preguntas	Respuestas
<p><u>Preguntas:</u></p> <p><u>PREGUNTA:</u> Me permito solicitar a la convocante aclarar el número de Licitación Internacional es 14 o 15?</p> <p>Me permito solicitar a la convocante aclarar la fecha de entrega de muestras.</p> <p>Part. 67 Dice: Introdutor de catéter 7 fr Pregunta: Indicar si requieren introdutor de catéter 7 fr venoso con aguja de punción y camisa protectora para el catéter?</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>DEBE CONTAR CON AGUJA DE PUNCIÓN Y CAMISA PROTECTORA P/CATÉTER.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

<p>Part. 68 Dice: Introdutor de cateter 8 fr Pregunta: Indicar si requieren introdutor de cateter 8 fr venoso con aguja de punción y camisa protectora para el cateter?</p> <p>Pregunta: Solicitamos muy amablemente se integre a estas bases el set para neumotorax con válvula de heimlich cal 8 fr x16 cms. Este producto fue adquirido de forma periódica por el hospital a través de compras directas. Para beneficio del hospital y servicios que lo integran, solicitamos exista una entrega programada con un precio inferior al que se compro durante el periodo 2010.</p> <p>Pregunta: Solicitamos se revise el consumo del cateter para cateterismo venoso central cal. 9 fr doble lumen Mac, porque no fue solicitado en esta licitación y en el año anterior fue solicitado y entregado de forma periódica. Lo anterior para evitar el desabasto de este producto en los servicios.</p>	<p>ES CORRECTO, REQUIERE AGUJA DE PUNCIÓN Y CAMISA.</p> <p>NO SE CONSIDERO EN ESTA CONVOCATORIA.</p> <p>NO SE CONSIDERO EN ESTA CONVOCATORIA.</p>
--	---

**5.- LA EMPRESA DEGASA, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p><b>1.- PARTIDA 4.-</b> Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el resucitador debe tener válvula de Peep?, así mismo solicitamos amablemente a la convocante se elimine la palabra “AMBU”, dado que corresponde a una marca y mi representada no podría participar.</p>	<p>ES CORRECTO SE ELIMINA LA PALABRA “AMBU”</p>
<p><b>2.- PARTIDA 6 .-</b> Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el resucitador debe tener válvula de Peep?., Así mismo Solicitamos amablemente a la convocante se elimine la palabra “AMBU”, dado que corresponde a una marca y mi representada no podría participar.</p>	<p>ES CORRECTO SE ELIMINA LA PALABRA “AMBU”</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**6.- LA EMPRESA SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

A).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
En compranet aparece como LPI-12121001-015-10, sin embargo al abrir el archivo adjunto denominado convocatoria, aparece la LPI-12121001-016-10, Favor de aclarar cual es el numero que se le asignara a la licitación “materiales y suministros médicos internacional, 2011”	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Partida 28:  La convocante no especifica medidas por lo que solicitamos se nos permita ofertar la medida de 10 cm x 10 cm	SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
PARTIDA 29:  La convocante no especifica medidas por lo que solicitamos se nos permita ofertar la medida de 20 cm x 20 cm	SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

**7.- LA EMPRESA BSN MEDICAL, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
En la partida no.26 solicitan aposito microporoso desechable de 8.5 x 6 cm autoadherible transparente.esterilizable.  Podemos cotizar aposito microporoso desechable de 7x5 cm autoadherible transparente.esterilizable.	SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
En la partida no.27 solicitan aposito transp.. Microporoso esteril 14x10 autoadherible desechable. Podemos cotizar aposito microporoso desechable de 11x14 cm autoaderible trasparente esterilizable.	SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**8.- LA EMPRESA MACA IMPULSORA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Solicitamos se nos permita participar en la partida num.18 con un limpiador enzimatico y bacteriostatico de instrumentos quirurgicos, considerando que proporciona un proceso de limpieza en un solo paso, sonde la enzima degrada materia organica como sangre, heces o moco, mientras el surfactante retira la materia del equipo.	SI SE ACEPTA SIN MODIFICAR LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
Solicitamos se nos determine en la partida numero 18 que presentación esta solicitando.	ENVASE DE 4,000 ML.

**9.- LA EMPRESA PRONAMAC, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
1.- en la portada de las bases aparece que la licitación publica internacional (presencial) no. 12121001-015-10 Solicito a la convocante aclare este punto ya que en el interior de las bases y en el registro indica que el numero es la no. 12121001-014-10 nos pueden decir cual es el numero correcto?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
2.- en la portada de las bases hacen mención de que es “materiales y suministros médicos internacional, 2011 y dentro de las bases mencionan que es “materiales y suministros médicos. 2011” Solicito a la convocante nos aclare cual es la adquisición correcta?	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011.
3.- solicitan muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos Entendemos que podemos entregar muestras físicas o catálogos? Solicito a la convocante aclare este punto.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
4.- de entregar muestras se pueden entregar por familia?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
5.- las muestras las podemos entregar en presentación (representativa) es decir por ejemplo si solicitan galón podemos entregar un envase mas pequeño?	SI SE ACEPTA, ÚNICAMENTE PARA SU EVALUACIÓN, EN CASO DE SER ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LA PRESENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA CONVOCATORIA.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

<p>6.- de entregar folleto o catalogo se puede entregar copia legible ?</p>	NO SE ACEPTA.
<p>7.- en el documento 11 solicitan copia del registro sanitario o certificados de origen Solicitamos a la convocante nos permita entregar dicho documento por familia, en el cual se mencionaran las partidas a las que corresponden y marcadas con color flourecente?</p>	SI, TAMBIÉN SE ACEPTA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>1.- en la licitación anterior Ipi-12121001-022-09 licitaron clave 25051084 solución antimicrobiana “espuma” con clorhexidina al 4% envase de 946 ml. En esta licitación no la mencionan La van anexar?</p>	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
<p>2.- en la licitación anterior LPI-12121001-022-09 licitaron clave 25051108 toallitas impregnadas de alcohol isopropilico al 70% uso externo. En esta licitación no la mencionan La van anexar?</p>	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
<p>3.- en la licitación anterior LPI-12121001-022-09 licitaron clave 25051111 kit de preparación para punción intravenosa en esta licitación no la mencionan La van anexar?</p>	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
<p>4.- en la licitación anterior Ipi-12121001-022-09 licitaron clave 2505880 solución antiséptica base alcohol etílico al 70% para lavado de manos medico, con emolientes que no se enjuaga y no requiere cepillado con glicerina 0.01% chg envase desechable con sistema de bomba de pie en esta licitación no la mencionan La van anexar?</p>	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
<p>5.- en la licitación anterior LPI-12121001-021-09 licitaron clave 25051275 antiiséptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con 3 ml en esta licitación no la mencionan La van anexar?</p>	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
<p>6.- en la licitación anterior LPI-12121001-021-09 licitaron clave 25051273 antiiséptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% en cartucho con 0.67 ml en esta licitación no la mencionan</p>	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

<p>La van anexar?</p> <p>7.- en la licitación anterior Ipi-12121001-021-09 licitaron clave 25051274 antiseptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% en con 1.5 ml en esta licitación no la mencionan La van anexar?</p> <p>8.- en esta licitacion no mencionan la clave 2505881 aposito antimicrobiano con gluconato de clorhexidina 2.5 cm. De d.i. (1 in) y 4.0 mm La van anexar?</p> <p>9.- en la partida no. 53 , se habla de cateter periférico de 14g x 46x52 mm , por lo que se solicita a la convocante , nos permita cotizar , catéter para venoclisis de poliuretano, radiopaco , <b>con aguja long. 45 mm , 14 g</b> , dando seguimiento a los estandares de la ins (sociedad de enfermeras especializadas en terapia de infusion) .referencia :renglón 38 a 38.6 “ el catéter seleccionado deberá ser el de menor calibre y longitud , que se acomode a la terapia prescrita.</p> <p>10.-en la partida no. 54 , se habla de catéter periférico de 16g x 46x52 mm , por lo que se solicita a la convocante , nos permita cotizar , cateter para venoclisis de poliuretano, radiopaco , <b>con aguja long. 45mm, 16 g</b>, dando seguimiento a los estándares de la ins (sociedad de enfermeras especializadas en terapia de infusión) .referencia :renglón 38 a 38.6 “ el catéter seleccionado deberá ser el de menor calibre y longitud , que se acomode a la terapia prescrita.</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> <p>PODRÁ COTIZAR CATÉTER DE POLIURETANO CALIBRE 14G, CON LONGITUD DEL CATÉTER DE 64MM.</p> <p>PODRÁ COTIZAR CATÉTER DE POLIURETANO CALIBRE 16 G, CON LONGITUD DEL CATÉTER DE 51 MM CALIBRE DE LA AGUJA DE 18G.</p>
---	---

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>1.- en esta licitación no mencionan la clave 25051303 antiséptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con 26 ml la van anexar?</p>	<p>NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
<p>2.- en esta licitación no mencionan la clave 25051302 antiseptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con 10.5 ml la van anexar?</p>	<p>NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
<p>3.- en la licitación no mencionan la clave 25051263 toalla de tela no tejida seca impregnada</p>	



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

de triclosan, alquilolamida , extracto glicolico de manzanilla, acido citrico, fragancia y sulfato de sodio de 20x200 cm. Para baño seco (verde) Lo van anexar?	NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
<b>DEBE IR EN LA LICITACIÓN INTERNACIONAL</b>	
Clave 25051084 solución antimicrobiana “espuma” con clorhexidina al 4% envase de 946 ml.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
Clave 25051108 toallitas impregnadas de alcohol isopropilico al 70% uso externo.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
Clave 25051111 kit de preparación para punción intravenosa	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
Clave 2505880 solución antiséptica base alcohol etilico al 70% para lavado de manos medico, con emolientes que no se enjuaga y no requiere cepillado con glicerina 0.01% chg envase desechable con sistema de bomba de pie	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
Clave 25051275 antiseptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con 3 ml	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
clave 25051273 antiseptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% en cartucho con 0.67 ml	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE
Clave 25051274 antiséptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% en con 1.5 ml	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE
Clave 2505881 aposito antimicrobiano con gluconato de clorhexidina 2.5 cm. De d.i. (1 in) y 4.0 mm	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE
Clave 25051303 antiséptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con 26 ml	NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Clave 25051302 antiséptico en aplicador con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70% con 10.5 ml	NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Clave 25051263 toalla de tela no tejida seca impregnada de triclosan, alquilolamida , extracto glicolico de manzanilla, acido citrico, fragancia y sulfato de sodio de 20x200 cm. Para baño seco (verde)	NO SE CONSIDERO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

**10.- LA EMPRESA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>Partida 22 solicitan limpiador enzimatico compuesto de cloruro de dodecil dimetil amonio, enzimas proteoliticas, secuestrante calcáreo, tensoactivo no ionico.</p> <p>Esta clave solo la cumple un licitante, por lo que para que el hospital cuente con más propuestas, solicitamos amablemente se nos permita participar con la clave 060.066.0971, la cual tiene la siguiente descripción: limpiador multienzimatico bactericida, compuesto de cloruro de dodecil dimetil amonio, enzimas proteoliticas, amilasas y lipasas, sobre con 25 gramos para reparar 5 litros de solución.</p> <p>Lo cual cumple con la partida solicitada pero con mayor eficiencia al contar con dos enzimas que degradan los carbohidratos y las grasas.</p>	<p>NO SE ACEPTA EL LICITANTE DEBERA PARTICIPAR OFERTANDO LA CLAVE SOLICITADA EN LA PARTIDA 22 DEACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL CUADRO BASICO.</p>

**11.-LA EMPRESA MEDI-MEDICAL, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

A).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>1) en la carátula de compranet, la presente licitación esta registrada bajo el numero 12121001-014-10, mientras las bases señalan el numero 12121001-015-10 como numero de registro. ¿Para emitir la documentación correspondiente, a que numero nos apegamos?</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>1) en la partida 26 dice:”aposito microporoso desechable de 8.5x 6 cm autoadherible”, “presentación de 50 pzas.por caja”</p>	<p>SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p>
<p>2) en la partida 27 dice: “aposito transp. Microporoso esteril 14x10 autoadherible desechable”.</p>	<p>SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

Pregunta: ¿podemos cotizar “apósito transp. Microporoso estéril 10x12 autoadherible desechable?	
3) en la partida 62 dice:”cinta testigo p/esterilizar en gas oxido de etileno tamaño 18mm x 50 mt”; “1pieza”. Pregunta: podemos cotizar “cinta testigo p/esterilizador en gas oxido de etileno tamaño 18mm x 50mt”; caja c/24 piezas”?	SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.
4) en la partida 66 dice:”esponja hemostatica de gelatina o colageno 80 a 120 a 12 mm.(gel foam) sobre c/1 pieza”  Pregunta: ¿podemos cotizar “esponja hemostatica de gelatina o colágeno 70x 50x 10 mm. Caja c/20 sobres?	SE ACEPTA TAMBIÉN SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

**12.- LA EMPRESA JTC PROVEEDOR MEDICO, S.A. DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

B).- de carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Solicitamos a la convocante nos permita presentar muestra por familia, se acepta?	ACLARACION HECHA POR LA CONVOCANTE
Solicitamos a la convocante nos permita presentar registro sanitario por familia, se acepta?	SI, TAMBIÉN SE ACEPTA.
Solicitamos a la convocante nos permita presentar muestra representativa, se acepta?	CONTESTADA CON LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 5 DE LA EMPRESA PRONAMAC, S.A. DE C.V.

**13.-LA EMPRESA GRUPO MORAVI, S.A . DE C.V. REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

A).- de carácter administrativo:

Preguntas	Respuestas
-----------	------------



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

<p><b>SECCION IX.- ANEXO TECNICO</b> Respecto a las siguientes partidas y claves:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;"><b>PARTIDA</b></td> <td style="text-align: left;"><b>CLAVE</b></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2505743</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2505770</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>2505771</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2505774</td> </tr> </table> <p>Debido a que existe producto de fabricación nacional que cuenta con el debido grado de contenido en los términos previstos por el artículo 39 del Reglamento de la LAASSP.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante considere incluir dichas claves en la licitación de carácter nacional 12121001-013-10</p>	<b>PARTIDA</b>	<b>CLAVE</b>	10	2505743	12	2505770	13	2505771	14	2505774	<p>EN LICITACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD LA CONVOCANTE A ADQUIRIDO ESTAS PARTIDAS EN PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, ASI MISMO LA CONVOCANTE NO CUENTA CON REGISTROS QUE PERMITAN COMPROBAR DICHA SITUACION, AUNADO AL HECHO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTA DOCUMENTO ALGUNO QUE COMPRUEBE LA EXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL</p>
<b>PARTIDA</b>	<b>CLAVE</b>										
10	2505743										
12	2505770										
13	2505771										
14	2505774										

B).- de carácter técnicos

Preguntas	Respuestas
<p><b>SECCION IX Anexo Técnico</b></p> <p><b>PARTIDA 4 (Clave 2505618)</b> <b>Resucitador manual para adulto.</b></p> <p><b>Pregunta:</b> <b>Se solicita desechable o reusable.</b></p> <p><b>PARTIDA 5 (Clave 2505635)</b> <b>Resucitador manual para adulto.</b></p> <p><b>Pregunta:</b> <b>Se solicita desechable o reusable.</b></p>	<p>TANTO PARA LA PARTIDA 4 COMO PARA LA PARTIDA 5 LOS RESUCITADORES DEBERÁN OFERTARSE REUSABLES.</p>

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Abastecimientos ubicado el primer piso del edificio de gobierno del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5160 col. Magdalena de las Salinas, c.p. 07760, Delegación Gustavo A. Madero. México, D.F., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx)

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **17 de Enero de 2011**, en la Aula Magna ubicada en: el edificio de Enseñanza del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5160 Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero. México, D.F, a las **10:30 hrs.**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta segunda y última junta, siendo las **14:30** horas, del día 11, del mes de Enero del año 2011.

Esta Acta consta de **28 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	
MEDI-MEDICAL, S.A. DE C.V.	LIC. J FERNANDO MORALES CHAVEZ	
GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.	LIC. ROBERTO MERLO	
PRONAMAC	NORMA RUBIO	
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RENE JIMENEZ	
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	JOSE LUIS ALBOR PEREZ	
MEDICAL FARMACEUTICA, S.A.	RAFAEL SANCHEZ REYES	
JTC PROVEEDOR MEDICO	GUILLERMO MONROY FERNANDEZ	
RAPPID, S.A.	PILAR LARQUE GUIJOSA	



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS INTERNACIONAL, 2011”</b>

MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A.	MIGUEL ANGEL RIVERA GARCIA	
MACA IMPULSORA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C. V.	ALEJANDRO MARQUEZ LOYO	
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	KARINA SAAVEDRA CASTILLO	
PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO LOZANO VALERO	
SMITH-NEPHEW, S.A. DE C.V.	MARIA ISABEL GARRIDO GONZALEZ	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.	ROCIO AYALA PONCE	
DEGASA, S.A. DE C.V.	JOSE PINEDA	
ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	OSCAR MARICHAL E.	

**POR EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
<b>LIC. ALBERTO DE LA MORA GUADALAJARA</b>	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	
<b>EMILIO MORALES TIRADO</b>	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	
<b>LIC. RUBEN SANDOVAL</b>	ABOGADO ADSCRITO A LA UNIDAD JURÍDICA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	
<b>DR. JOSE SALUD MALDONADO</b>	ASISTENTE DE LA DIRECCION MÉDICA.	
<b>MTRA. VIRGINIA BAUTISTA FLORES.</b>	JEFA DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA.	

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
<b>LIC. YACIR ARTURO TOVAR HERNÁNDEZ</b>	

----- FIN DEL ACTA -----